

0.1%チアミトール水E

開封日 年 月 日

0.1%チアミトール水E

0.1%チアミトール水E

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において、栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、真菌等には有効であるが、結核菌及び大部分のウイルスに対する殺菌効果は期待できない。

*【取扱以上の注意】

1.安定性試験

最終包装製品を用いた加速試験(40℃、75%RH、7ヵ月)の結果、0.1%チアミトール水Eは通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

2.開封時及び開封後は、微生物による汚染に注意すること。

3.本剤は滅菌製剤のため、開封後は速やかに使用すること。

4.気管内吸引チューブの浸漬消毒に使用する本剤の溶液は、少なくとも毎日新しい溶液と取換えること。



外用殺菌消毒剤(滅菌製剤)

8%エタノール添加
0.1%ベンザルコニウム塩化物液

チアミトール水E

0.1 W/V % Germitol Water E



製造番号

使用期限

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴野区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉長町1593

*2015年3月改訂(第3版)	
日本標準商品分類番号	872616
承認番号	21700AMZ00728
薬価収載	未収載
販売開始	2006年2月
再評価結果	1982年8月

貯法: 室温保存

使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)

【組成・性状】

1.組成 100mL中

ベンザルコニウム塩化物 0.1g含有(0.1%)

及び添加物としてエタノール(日本エタノール8vol%)を含有。

2.性状

無色澄明の液で、特異なにおいがある。

【効能・効果】 【用法・用量】

効能・効果	用法・用量 (ベンザルコニウム塩化物濃度)
医療機器の消毒	ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に10分間浸漬するか、又は厳密に消毒する際は、器具を予め2%炭酸ナトリウム水溶液で洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.1%溶液中で15分間煮沸する。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	ベンザルコニウム塩化物0.05~0.2%溶液を布片で塗布・拭拭するか、又は噴霧すること。
手指・皮膚の消毒	通常石けんで十分に洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落とした後、ベンザルコニウム塩化物0.05~0.1%溶液に浸して洗い、滅菌ガーゼあるいは布片で拭拭する。術前の手洗の場合には、5~10分間ブラッシングする。
手術部位(手術野)の皮膚の消毒	手術前局所皮膚面をベンザルコニウム塩化物0.1%溶液で約5分間洗い、その後ベンザルコニウム塩化物0.2%溶液を塗布する。

*【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

(1)原液は刺激症状があらわれることがあるので、皮膚・粘膜に付着しないように注意すること。また、眼に入らないように注意すること。原液に接触した場合には直ちに水でよく洗い流し、適切な処置を行うこと。

(2)炎症又は易刺激性の部位(陰股部等)に使用する場合には、濃度に注意して、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。また、使用後は滅菌精製水で水洗すること。

(3)本剤を希釈して使用する場合は、調製後滅菌処理すること。

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

過敏症: 発疹、そう痒等の過敏症状(頻度不明)があらわれることがあるので、このような場合には使用を中止すること。

3.臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿はスルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

4.適用上の注意

(1)人体

1)投与経路: 経口投与しないこと。洗眼には使用しないこと。

2)使用時:

ア.炎症部位に長期又は広範囲に使用しないこと(全身吸収による筋力低下を起こす可能性がある)。

イ.密封包装、ギプス包装、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないことが望ましい。

(2)その他

1)調製方法:

ア.希釈液として塩類含量の多い水又は硬水を用いないこと。イ.繊維、布(綿、ガーゼ、ワール、レーヨン等)は本剤を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下にならないように注意すること。

2)使用時:

ア.血清、胆汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合は、十分に洗い落としてから使用すること。

イ.石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。

ウ.皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

エ.合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

オ.金銀器具を長時間浸漬する場合は、腐蝕を防止するためにベンザルコニウム塩化物0.1%溶液に0.5~1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。

カ.皮革製品の消毒に使用すると、変質させることがあるので使用しないこと。

【使用上の注意】 つづく



〈販売包装単位用コード〉

00104987211238870



〈販売包装単位用コード〉

00114987211138870

使用後、フィルムをかりてキャップをはずした後、空容器を図のように折り目を外側に押しつぶして下さい。



キャップ: PP
ボトル: PP
ラベル: PS